

प्रति,

विषय :- pH and EC Meter खरेदीकरीता दरपत्रक पुरविणेबाबत.....

महोदय,


प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ला अंतर्गत काजू प्रक्षेत्राकरिता खाली नमूद केलेल्या तपशिला प्रमाणे pH and EC Meter खरेदी करावयाचे आहेत. तरी सदर pH and EC Meter आपण काय दराने पुरवाल त्याबाबतचे दरपत्रक खालील सही करणार यांचे नावे मोहोरबंद लखोट्यातून दि. 21/12/2020 पर्यंत या कार्यालयास पोहचेल अशा रितीने पाठवावे. लिफाफ्यावर pH and EC Meter खरेदी दरपत्रक (काजू प्रक्षेत्र) असा उल्लेख असावा.

अ.क्र.	तपशिल	दर (रु.) प्रति नग
1	<p><b>pH and EC Meter</b> <b>Equiptronics :- MODEL EQ-6612</b> <b>Pocket pH cum conductivity meter (E.C meter) with rechargeable battery, Separate pH and conductivity electrodes.</b> <b>Technical Specification:</b> <b>Features:</b> Soil testing, Water testing, Pharma, Printing. Useful for P.G., Research, Industry, Pharma</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Readout : 4 digit LCD display</li><li>• Range : pH- 0-14.00, COND.- 0-20mS</li><li>• Accuracy : pH- 0.01, COND. - ± 0.5%</li><li>• Power required : 9V rechargeable battery with charging adapter (230V)</li><li>• Weight : 200 g approx.</li><li>• Dimension : 165mm (L) x 85mm (W) x 30mm (H)</li><li>• Electrode provided : EQ-708A Unbreakable APH Sleeved Conductivity Cell (K=1) EQ-700 Unbreakable APH Sleeved Glass + Reference Combined Electrode</li><li>• Body : ABS plastic</li><li>• Accessories : buffer tablets (4.00, 7.00, 9.20) pH, screw driver, carry case</li></ul> <p>COND. standard solutions</p>	

अटी व शर्ती :

1. दरपत्रकात सर्व करांचा उल्लेख असावा.
2. वर नमुद केलेले pH and EC Meter काजू प्रक्षेत्र येथे पोच करावे. मशिनला किमान 1 वर्षाची वॉरंटी असावी
3. दरपत्रक अंतिम तारखेनंतर या कार्यालयात पोच झाल्यास हे कार्यालय जबाबदार राहणार नाही.
4. दरपत्रकधारकाने त्याचा **GST/VAT/CST** क्रमांक द्यावा. तथापि, **GST/VAT/CST** क्रमांक लागू नसल्यास तत्सम प्राधिकरणाकडील नोंदणी क्रमांक असलेल्या दरपत्रक धारकाच्या लेटर हेडवर दरपत्रक देण्यात यावे.
5. दरपत्रक धारकाने पॅनकार्डची छायांकित प्रत सोबत जोडणे बंधनकारक राहिल.
6. दरपत्रके स्वीकारणे अथवा नाकारणे याबाबत अधिकार खाली सही करणार यांनी राखून ठेवला आहे.

आपला विश्वासू,

  
सहयोगी संशोधन संचालक  
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र,  
वेंगुर्ला जि. सिंधुदुर्ग